# MEDELJET RHINO

## NEBULIZATOR DO OCZYSZCZANIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją; zachowaj instrukcję.

### 1. INFORMACJE OGÓLNE

Nebulizator MedlJet Rhino jest urządzeniem medycznym, które służy do oczyszczania jamy nosowej, pomaga nawilżyć błonę śluzową nosa oraz pomaga w leczeniu górnych dróg oddechowych.

Kompatybilny ze wszystkimi inhalatorami z kompresorem o minimalnym ciśnieniu roboczym 80 kPa.


Nebulizator zalecany jest do stosowania w takich przypadkach, jak przeziębienia, suchość nosa (suchość błony śluzowej), alergie, ekspozycja na kurz, przewlekłe zapalenie nosa lub na wyraźne zalecenie lekarza.

Może być stosowany wyłącznie z izotonicznym roztworem soli.

Maksymalna objętość pojemnika MedelJet Rhino wynosi 8ml. W razie wątpliwości, zapytaj farmaceutę o prawidłowe rozcieńczenie roztworu.


### 2. ELEMENTY NEBULIZATORA

A) Pokrywka nebulizatora – 2szt.
B) Łącznik
C) Pojemnik na wydzielinę
D) Pojemnik na roztwór
E) Otwór służący do wytwarzania mgły aerozolu




### 3. UŻYCIE NEBULIZATORA

1. Zdejmij pokrywkę nebulizatora, obracając ją o 90° (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Napełnij pojemnik roztworem izotonicznym.
3. Dokładnie zamknij pokrywkę.
4. Podłącz nebulizator do urządzenia głównego za pomocą przewodu.
5. Przysuń nebulizator do nosa.
6. Włącz urządzenie główne, zatkaj palcem otwór do wytwarzania mgiełki i rozpocznij inhalację.




Podczas inhalacji oddychaj powoli przez nos i przechyl lekko głowę w stronę przeciwną niż inhalowane nozdrze, aby mgiełka roztworu dostała się jak najgłębiej. Możesz przerwać lub zakończyć inhalację, zdejmując palec z otworu wytwarzania mgiełki.



Novamed: ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź tel. +48 42 714 36 00 infolinia 0 801 011 707 NIP 732 10 04 353
www.novamed.pl biuro@novamed.pl Serwis: Traktorowa 196 Łódź 91-218, tel: +48 665 995 697 serwis@novamed.pl

## 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po użyciu usuń wydzielinę, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.

Nieprawidłowe czyszczenie może powodować rozprzestrzenianie się zarazków i zaostrzenie istniejącej choroby.

Po użyciu należy dokładnie wyczyścić nebulizator MedelJet Rhino. W tym celu, zdemontuj nebulizator i włóż jego elementy do gotującej wody na 15 minut. Następnie, pozostaw je do wystygnięcia i wyschnięcia.

## 5. OSTRZEŻENIA

Nie używać z lekami, olejkami balsamicznymi i/lub innymi substancjami medycznymi.

Zalecamy wymianę nebulizatora raz na rok.

Nie używać z nebulizatorami ultradźwiękowymi.

## 6. DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Zakres ciśnienia roboczego | 8 - 220 kPa |
| Maksymalny przepływ | 12,5 l / min |
| Zakres objętości pojemnika na roztwór | 2 – 8 ml |
| Wielkość cząsteczek | Ø>8 mikronów |
| WARUNKI PRACY | |
| Temperatura | +5 - +40°C |
| Wilgotność względna | 10% - 90% |
| Ciśnienie | 860hPa – 1060hPa |
| PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT | |
| Temperatura | -10 - +60°C |
| Wilgotność względna | 10% - 90% |
| Ciśnienie | 860hPa – 1060hPa |

## 7. DANE TECHNICZNE KOMPATYBILNYCH INHALATORÓW

| | |
|---|---|
| Zakres ciśnienia roboczego | 80 – 220 kPa |
| Zakres przepływu | 4 – 7,5 ml / min |
| Ciśnienie względne | 80 kPa |

## 8. SYMBOLE

| | |
|---|---|
| CE 0123 | Urządzenie medyczne, klasa IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/CEE |
|  | Uwaga: zapoznaj się z instrukcją |
|  | Numer LOT |
|  | Producent |



Novamed: ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź tel. +48 42 714 36 00 infolinia 0 801 011 707 NIP 732 10 04 353
www.novamed.pl biuro@novamed.pl **Serwis:** Traktorowa 196 Łódź 91-218, tel: +48 665 995 697 serwis@novamed.pl

# Kartagwarancyjna

- Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

| | |
|---|---|
| MODEL | |
| NUMER SERYJNY | |
| DATA SPRZEDAŻY | |
| GWARANCJA | |
| PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO | |

**Producent**:
Medel Group S.p.A.
Via Micheli 9
43056 San Polo di Torrile, (Parma)
ITALY

**Dystrybutor w Polsce:**
Novamed Sp. z o.o.
Traktorowa 143
91-203 Łódź
www.novamed.pl

**Norma CE**: 0123, **Data utworzenia instrukcji**: 23.05.2014

**Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej.** Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się w/g zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.